

# 硝酸还原酶(NR)提取试剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

硝酸还原酶(Nitrate Reductase, NR)是一种氧化还原酶，可分为参与硝酸盐同化的同化型还原酶和催化以硝酸盐为活体氧化的最终电子受体的硝酸盐呼吸异化型(呼吸型)还原酶。硝酸还原酶是植物氮素代谢中氮素同化的关键酶，该酶与作物吸收利用氮肥有关，对作物的产量和质量有影响，因此可以把硝酸还原酶的活力当作营养诊断养、农田施肥或作物育种的生理生化指标。硝酸还原酶(NR)提取试剂主要用于裂解植物组织，提取样品中的硝酸还原酶。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

## 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
硝酸还原酶(NR)提取试剂	500ml	RT	1份	1年
试剂(A): 硝酸还原酶提取试剂	500ml	RT	1份	1年
试剂(B): PMSF	1ml	RT	1份	1年

## 自备材料：

- 1、蒸馏水
- 2、离心管或试管
- 3、匀浆器或研钵
- 4、低温离心机

## 操作步骤(仅供参考)：

- 1、取植 0.5g 物组织清洗干净，切碎，置于-20℃冰箱 30min。
- 2、配制硝酸还原酶提取工作液：取出硝酸还原酶提取试剂和 PMSF，恢复至室温，按硝酸还原酶提取试剂：PMSF=499：1 的比例混合，即为硝酸还原酶提取工作液(NR Lysis Buffer)，即配即用，不易久置，否则蛋白酶抑制剂 PMSF 的效率会有所下降。
- 3、按植物组织：NR Lysis Buffer=0.5g：4ml 的比例，加入预冷的硝酸还原酶提取工作液，冰浴情况下充分匀浆或研磨。
- 4、4000g，4℃离心 15~20min，留取上清液即为硝酸还原酶粗提液，4℃保存，用于硝酸还原酶的检测或其他用途。

**计算：**

样品粗酶液获得率(ml/g)=上清液体积(ml)/样品质量(g)×100%

**注意事项：**

- 1、实验材料应尽量新鲜，如取材后不立即使用，应存于-20~-80℃。
- 2、硝酸还原酶容易失活，提取和测定时应操作迅速，尽量在 4℃操作。
- 3、如果测定植物样本，取样最好在晴天进行，最好提前一天施些硝态氮肥，取样部位应一致。
- 4、待测样品中不能含有磷酸酶抑制剂，同时需避免反复冻融。
- 5、所测样本的值高于标准曲线的上限，应用丙酮酸脱羧酶提取工作液稀释样品后重新测定。
- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**相关产品：**

富血小板血浆 (PRP) 制备液 (无菌)
富血小板血浆 (PRP) 制备液
多酚氧化酶 (PPO) 提取试剂
超氧化物歧化酶 (SOD) 提取试剂
菠萝蛋白酶提取试剂
丙酮酸脱羧酶 (PDC) 提取试剂